

Název zadavatele:	Sociální služby města Třince, příspěvková organizace
Sídlo:	Habrová 302 73961 Třinec, Dolní Líštná
IČO:	00600954
Č. j.:	MMT/70611/2023/PR/Ku

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Zdravotnické vybavení pro SSMT – nábytek“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P23V00000067**“

Dne 04. 10. 2023 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Zdravotnické vybavení pro SSMT – nábytek“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dobrý den, moc se omlouvám, ale dotaz na křeslo mělo být na položku č. 13 a ne na 14. Mé pochybení. Prosím o dané stanovisko ke křeslu položka 13 zda akceptujete danou variantu. Moc děkuji

Zadavatel poskytuje analogicky podle ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Nabízený výrobek musí splnit všechny technické specifikace požadované Zadavatelem, tj.

- velká přední a zadní kola
- vybavené sedákem s paměťovou pěnou
- anatomický krční polštář
- 4bodový bezpečnostní pás
- bubnové brzdy
- opěrky nohou
- odnímatelná a odklopná pracovní plocha
- nosnost 130 kg

K vámi popsáním vlastnostem případně nabídnutého výrobku - pol. 13 Polohovací křeslo Zadavatel uvádí:

- pokud bude sedák s paměťovou pěnou a bude navíc anatomicky tvarován, bude to bráno jako „plus“, tedy splnění technické podmínky.
- pokud nebude sedák vyroben z paměťové pěny i když bude anatomicky tvarován, bude to bráno jako nedostatečné, tedy nesplnění technické podmínky.
- pokud nabízené křeslo nebude mít anatomický krční polštář, ale pouze polohovatelnou opěrku hlavy, bude to bráno jako nedostatečné.

V Třinci dne 04.10.2023

Mgr. Rafał Zawadzki,, vedoucí právního odboru