

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2

Název zadavatele:	Sociální služby města Třince, příspěvková organizace
IČ zadavatele:	00600954
Sídlo zadavatele:	Habrová 302, 739 61 Třinec
Veřejná zakázka:	Dodávka vybavení pro sociální služby

V Třinci dne 22. května 2015

Vážení,

zadavatel, v souladu se zadávací dokumentací Vám tímto sděluje dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky **Dodávka vybavení pro sociální služby**.

Dodatečné informace (dotazy a odpovědi) jsou číslovány postupně (kumulativně), jak pověřené společnosti přicházejí, tzn., že číslování nemusí odpovídat číslování v žádostech zájemců o zakázku.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v zadávacích podmínkách uvádí následující položky:

2. Zvedák pro seniory, elektrický, 2x baterie - 1 ks

*mobilitní pasivní zvedák
stabilní vertikální systém pro svislé zvedání
dynamický polohovací systém
elektricky polohovatelné rameno
bezpečné pracovní zatížení: min. 200 kg
hmotnost zvedáku max. 80 kg
výška zdvihu min. rozsah 40 – 140 cm
2 baterie (z nichž 1 je náhradní)*

Prosíme o sdělení přesnějších informací a technických požadavků:

- 1) Požadujete zvedák s váhou na vážení imobilních klientů? Pokud ano, požadujete informaci o hmotnosti klienta uvádět na displeji dálkového ručního ovladače?
- 2) Požadujete na displeji dálkového ručního ovladače informaci o stavu baterie
- 3) Požadujete u zvedáku více ramen a jejich snadnou výměnu? Pokud ano, uveďte prosím počet ramen a jejich provedení
- 4) Dynamickým polohovacím systémem rozumíte polohování klienta ve zvedáku z polohy ležící do polohy sedící a obráceně, pomocí motoru ovládaného dálkovým ručním ovladačem?
- 5) Požadujete systém nouzového mechanického spouštění pomocí ručního otáčení kliky umístěné ve sloupě zvedáku?
- 6) Požadujete systém nouzové zastavení zvedáku při nebezpečném kontaktu s klientem?
- 7) Požadujete časový indikátor doby provozu zařízení a potřeby servisu?

Odpověď na dotaz č. 2:

- ad 1) Ne, zadávací dokumentace takovýto požadavek neuvádí. Je však možné nabídnout toto řešení.
ad 2) Ne, zadávací dokumentace takovýto požadavek neuvádí. Je však možné nabídnout toto řešení.
ad 3) Ne, zadávací dokumentace takovýto požadavek neuvádí. Je však možné nabídnout toto řešení.
ad 4) Dynamickým polohovacím systémem se myslí polohování klienta z lůžka na vozík, z lůžka na židli apod. včetně dynamického polohování v různé výšce.



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Dodávka vybavení pro sociální služby

Dodatečné informace č. 2

- ad 5) Ne, zadávací dokumentace takovýto požadavek neuvádí. Je však možné nabídnout toto řešení.
ad 6) Ne, zadávací dokumentace takovýto požadavek neuvádí. Je však možné nabídnout toto řešení.
ad 7) Ne, zadávací dokumentace takovýto požadavek neuvádí. Je však možné nabídnout toto řešení.

Obecně zadavatel stanovil vybrané parametry, které jsou z jeho pohledu nejdůležitější. Nestanovil požadavky vztahující se k detailnímu technickému řešení či provedení ani parametry.

Dotaz č. 3:

3. Vak pro zvedák seniorů, síťový – 3x

Pro mobilní pasivní zvedák

Možnost koupání

Prosíme o přesnější sdělení typů vaků a hlavně jejich velikostí.

Odpověď na dotaz č. 3:

Ze zadání je zřejmé, že zvedák resp. vak je určen pro zvedák s nosností 200 kg. Je třeba navrhnout vak, který bude odpovídat zvedáku. Kromě parametrů uvedených v zadání zadavatel nestanovil žádné další požadavky.

Dotaz č. 4:

1. Skládací polohovací postel, elektrická včetně antidekubitní pěnové matrace: 23 ks

lůžko polohovací elektrické skládací, s dřevěnými bočnicemi a postranicemi

polohovací min. 4 dílný rošt

ruční ovladač se symboly

nastavení výšky lůžka min. rozsah 45 – 75 cm

hrazda s hrazdičkou

bezpečnostní postranice

4 pojezdová kolečka s brzdou

min. zatížení 120 kg

vnější rozměry max. 215 x 105 cm

vnitřní rozměry min. 200 x 90 cm

Prosíme o sdělení přesnějších informací a technických požadavků:


- 1) *Vzhledem k zajištění bezpečnosti pacienta a personálu doporučujeme, aby lůžka plnila evropskou bezpečnostní normu IEC 60601-2-52:2010. Může zadavatel toto upřesnit, zda bude požadovat dodat bezpečná lůžka plnící tuto normu a že požaduje dodat nová lůžka, nikoliv repasovaná?*
- 2) *Vzhledem k tomu, že struktura pacientů (uživatelů) je rozdílná, považujeme parametr nosnosti lůžka 120kg jako nedostatečný. Doporučujeme, aby zadavatel požadoval lůžko o nosnosti 200kg, aby předešel možným problémům s těžšími pacienty (uživateli). Může zadavatel toto upřesnit, zda bude požadovat dodat lůžka o nosnosti 200kg?*
- 3) *Z popisu lůžka v Zadávací dokumentaci není patrné, jaký typ roštu u lůžka zadavatel požaduje. Z dlouholeté praxe doporučujeme, aby rošt byl tvořen kovovým sítím, které je pevnější a má delší životnost než např. dřevěné lamely. Může zadavatel upřesnit typ roštu lůžka?*
- 4) *Zadavatel požaduje ovladač se symboly. Bude zadavatel požadovat u patientského ovladače možnost zamknutí jednotlivých funkcí, které je možné využít k uzamčení poloh, které jsou pro uživatele nežádoucí.*



Odpověď na dotaz č. 4:

- ad 1) Požadavek na plnění norem vyplývá ze zadávací dokumentace čl. 3.2, lůžka a i ostatní vybavení musí plnit příslušné normy stanovené pro jejich řešení a oblast jejich použití. Tento článek zadávacích podmínek dále uvádí, že dodávané zařízení musí být nové.
- ad 2) Zadavatel potvrzuje požadavek na nosnost 120 kg.
- ad 3) Zadavatel nestanovil omezení týkající se technického provedení roštu lůžka.
- ad 4) Zadavatel takovýto požadavek nestanovil

S pozdravem



Ing. Jarmila Šagátová
KAZUIST, spol. s r.o.
(za zadavatele Sociální služby města Třince)

